



## ACTA JUNTA ACLARATORIA

### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA DE COMITÉ LPNCC-02/2024 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA" PLAZO NORMAL.

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día 11 once de abril de 2024 dos mil veinticuatro, en la Dirección del Área de Compras y Adquisiciones ante la presencia de los testigos que al calce firman, se procede a realizar la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Nacional con Concurrencia del Comité LPNCC-02/2024 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA", PLAZO NORMAL, en presencia de la Lic. Luisa Elena Fabiola Rodríguez Gómez – Directora del Área de Compras y Adquisiciones, además de los representantes de las áreas requirentes:

Lic. Benigna Citlali López Guzmán – Coordinadora de Programas.  
Mtro. Eduardo Solorio Alcalá – Coordinador de Inclusión.  
Mtro. León Delgadillo Rosas – Coordinador de Operación.  
Mtra. Tania Elizabeth Sánchez García – Directora del Área de Recursos Humanos.  
Ing. Rogelio Alonso García Loera – Director del Área de Innovación Tecnológica.  
Lic. José Antonio Castañeda Castellanos – Director del Área Jurídica.  
C. Arlette Chapoy Gómez – Titular del Área de Procuración de Fondos.  
Lic. María Concepción Sánchez López – Jefe de Departamento Complejo Sauz.

Todos ellos del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, denominado Sistema DIF Guadalajara, sin contar con presencia de alguna empresa interesada en participar.

Que siendo el día y hora señalados para la realización de la Junta Aclaratoria de Bases, se da cuenta de las preguntas presentadas en tiempo y forma, siendo las siguientes:

#### EMPRESA: SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.

1. Solicitamos a la convocante nos haga saber si la oferta económica se debe presentar subtotalizando cada bloque por separado y al final mencionar el gran total.

**Respuesta.-** Deberá mencionar el gran total (IVA incluido) y conforme al Anexo 6 de Propuesta Económica), por lo que no deberá considerar subtotalizarlo por bloque. Así como lo establecido en el punto 7.1 inciso c) que señala Anexo 6, Propuesta Económica; costo unitario y totalizado por anexo (Lista de precios unitarios y totalizado por las partidas ofertadas).

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPNCC-02/2024 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA" PLAZO NORMAL.

2. Respecto a la mesa de trabajo solicitada en la partida 8 del bloque C ¿Lleva 4 patas o es pata cerrada en "O"?

**Respuesta.-** La pata es cerrada, se anexa imagen ilustrativa.



3. El librero que mencionan en la partida 4 Bloque D ¿Cuántos entrepaños lleva? Solicitamos nos proporcionen imagen?


**Respuesta.-** Deberá llevar 5 cinco entrepaños, se inserta imagen ilustrativa.



4. Solicitamos se nos proporcione imágenes de las partidas: 1 y 2 del Bloque F, así mismo de las 21, 22, 124, 125, 126 (por dentro) y 129 del Bloque G. Partidas 36, 40 y 51 del Bloque H. Partidas 1 y 5 del Bloque I. Partida 21 Bloque O. Asimismo de las partidas 10, 15, 16, 19, 25, 28, 29 del Bloque P. Partida 9 del Bloque S.

**Respuesta.-** Se insertan imágenes, aclarando que son ilustrativas, por lo que la propuesta y en caso de resultar adjudicado deberá cumplir con lo solicitado en Bases y lo derivado de la presente junta de aclaraciones.

**Bloque F, partida 1:** Se aclara que el escritorio no cuenta con cajones pero si incluye un archivero móvil.



**Bloque F, partida 2.**




**Bloque G, partida 21:**



**Bloque G, partida 22:**




**Bloque G, partida 124:**




**Bloque G, partida 125:**



**Bloque G, partida 126:**



**Bloque G, partida 129:**



**Bloque H, partida 36:**




**Bloque H, partida 40:**



BZ


**Bloque H, partida 51:**



**Bloque I, partida 1:**



**Bloque I, partida 5:**



**Bloque O, partida 21:**



**Bloque P, partida 10:**

Bloque P, partida 10

60 cm diámetro x 75 cm de alto



## Bloque P, partida 15:

Bloque P, partida 15

Medidas 140x70x75



## Bloque P, partida 16:


Bloque P, partida 16

240 cm de largo, por 60cm de fondo  
y 120cm de altura sin cajones



## Bloque P, partida 19:

Bloque P, Partida 19



## Bloque P, partida 25:

BZ

A large, handwritten signature or mark in blue ink, possibly a circle or a stylized letter.

A large, handwritten signature or mark in blue ink, consisting of several overlapping lines.

**Bloque P, Partida 25**

Se solicita medidas 30 cm de profundidad, 105 cm de altura, 40 cm de ancho, color a elegir



**Bloque P, partida 28:**

**Bloque P, Partida 28**

Se solicita con las siguientes medidas 120 cm de frente, 60 cm fondo, 75 cm de altura.



**Bloque P, partida 29:**

**Bloque P, Partida 29**

120 FRENTE POR 240 DE ALTURA Y 50 CM DE FONDO



5. ¿Los escritorios solicitados en la partida 2 del Bloque F, llevarán cajones?

**Respuesta.-** No llevará cajones.

6. ¿Los archiveros solicitados en la Partida 3 del Bloque F de qué calibre los requieren?

**Respuesta.-** Se aclara que las medidas 76.2\*45.7\*140 calibre 22.y a 40 ó 45 kilos por cajón, se inserta imagen ilustrativa.



7. ¿De qué calibre requieren los postes y entrepaños de los estantes solicitados en la partida 6 del bloque F?

**Respuesta.-** Calibre 20.

8. En el caso de la partida 125 del Bloque G ¿A qué se refieren con archiveros laminados? ¿El frentes es de melamina?

**Respuesta.-** Los archiveros no llevan melamina, son de acero y se refiere a que contiene lámina de acero.

9. Partida 43 Bloque H ¿De qué calibre requieren los lockers?

**Respuesta.-** Se requiere sean calibre 24.

10. Partida 1 del bloque I ¿Qué medida de ancho tendrá la credenza? ¿Tanto el escritorio como credenza serán de una altura de 70cms?

**Respuesta.-** Escritorio 75cm de altura, credenza auxiliar de 1.60 mts de largo x 45 cms de ancho x 65 cms de altura

11. ¿El escritorio de la partida 2 del Bloque I llevará cajones? ¿Qué tipo de estructura tendrá? Nos pueden proporcionar imagen?

**Respuesta.-** Sin cajonera, estructura metálica. Se inserta imagen ilustrativa.



12. ¿Qué calibre requieren tanto para los postes como para los entrepaños de estante de la partida 4 del Bloque I?

**Respuesta.-** Se requiere calibre 22.

13. Qué calibre de lámina requieren para el gabinete de la partida 3 Bloque J? ¿Al decir 4 niveles quiere decir que son tres entrepaños?

**Respuesta.-** Sí, es correcta su interpretación.

14. ¿Qué calibre requieren en los locker metálicos de la partida 4 Bloque J? ¿Llevarán cerradura o sólo portacandado.

**Respuesta.-** Se aclara que deberá ser de calibre 24 y con cerradura.

15. ¿Los escritorios solicitados en la partida 21 Bloque O llevarán cajones?

**Respuesta.-** No llevará cajones.

16. Partida 19 Bloque P ¿Cuánto medirá de diámetro? ¿Sería posible que nos proporcionen imagen?

**Respuesta.-** 60cms. de diámetro. Se inserta imagen ilustrativa:



17. ¿De qué material requieren el librero de la partida 27 Bloque P?

**Respuesta.-** De material madera formaica, color a elegir.

18. Partida 76 Bloque U ¿Se trata de ventilador de techo?

**Respuesta.-** Es correcto, el ventilador es de techo.

19. Partida 3 Bloque N ¿De qué tamaño requieren la memoria Va a ser DIMM o SODIMM? Para PC o portátil=

**Respuesta.-** Se requiere DIMM, serán para PC's.

20. Partida 18 Bloque M, solicitan Jumper de fibra óptica ¿De qué medida la requieren?

**Respuesta.-** La medida dependerá de cómo realicen la conexión entre los equipos dentro del mismo rack.

21. La mesa que solicitan en la partida 76 Bloque O, ¿De qué medida la requieren?

**Respuesta.-** Tarjas 1.20 m Tina Derecha,  
Entrepaño, A. Inox. Cal 18, Med.  
1.20x.70x.90m

22. Partida 4 Bloque K no indican el grosor para cojines, solo mencionan largo y ancho.

**Respuesta.-** 10cm de grosor.

23. Partida 5 Bloque K no indican el grosor para cojines, sólo mencionan largo y ancho.

**Respuesta.-** 10cm de grosor.

24. Favor de confirmar si son correctas las medidas de los lockers solicitados en las partidas H 43 y J4. Esto en relación al frente y fondo.

**Respuesta.-**

Bloque H, partida 43.- Las medidas solicitadas son: 38cm de frente x 45cm de fondo por 185cm de altura.

Bloque J, partida 4.- Es correcta su apreciación.

25. Favor de aclarar las medidas de la mesa trapezoidal solicitada en la partida H 50, frente 190cms frente 240 ¿y profundidad?

**Respuesta.-** Se aclara que las medidas solicitadas son: 90cm x 40cm x 75cm, conforme a lo establecido en Bases.

26. En la mesa de la partida I 23 también requerimos que nos aclaren las medidas 120cms de frente 1, frente 2 40cms ¿Y cuál sería la profundidad?


**Respuesta.-** Frente 1, 120cms., profundidad 60cms., frente 2, 40cms., altura 75cms.

27. ¿De qué color requieren las sillas de la partida 4 Bloque S?

**Respuesta.-** Las sillas se requieren color negro.

**EMPRESA: DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHÁVEZ**

BLOQUE	PARTIDA	PREGUNTA
C	6	Solicita una licuadora industrial, 3 vasos pulidos de acero inoxidable, de 3.5 y 7 litros. Me puede indicar si lo que necesita es una licuadora de 3lts. Y aparte vasos ya que las licuadoras se manejan de 3.5, 10, 12 y 17 lts.




Guadalajara

**Respuesta.-** Se aclara que es una licuadora industrial 3 en 1 en acero inoxidable (base y 3 vasos) con diferentes tamaños de vaso de 1 de 3, 1 de 5 y de 7 litros, se anexa imagen ilustrativa.



BLOQUE	PARTIDA	PREGUNTA
C	13	Solicita una mesa de trabajo se puede ofertar toda en acero inox, ya que piden galvanizado y regatones de plástico, el galvanizado guarda muchas bacterias y además. Se oxida, y los regatones de plástico no son recomendables para las mesas.

**Respuesta.-** Se solicita apegarse a lo establecido en Bases, se inserta imagen ilustrativa.



BLOQUE	PARTIDA	PREGUNTA
C	14	Solicitan esta olla de presión, olla de presión, en un rango de 5.96 lts. a 8 litros de acero inoxidable. Color plateado 110 voltios. Pero me queda la duda a qué se refiere con 110 Volt. La quieren eléctrica.


**Respuesta.-** Se aclara que es un error de redacción, no se requiere eléctrica. Se inserta imagen ilustrativa.



BLOQUE	PARTIDA	PREGUNTA
G	17	Rack anaquel de acero inoxidable para 5 garrafones de agua dimensiones: 34 cm de largo x 33 cm de ancho x 135c, de alto, tendrán una imagen o podemos ofertar esta decuardo a nuestro isométrico.

**Respuesta.-** Se inserta imagen ilustrativa.

B2



BLOQUE	PARTIDA	PREGUNTA
G	21	SOLICITAN: Mesas de trabajo con repisa y piso de acero inoxidable de 2.40m de largo por .70m de ancho por 90cm color a definir. Pero el acero no se puede pintar menos que la necesiten de lámina negra pintada nos confirman que material requieren por favor.

**Respuesta.-** La mesa de trabajo se mantiene del color del acero inoxidable.

BLOQUE	PARTIDA	PREGUNTA
G	95	Solicitan un termómetro digital, nos pueden decir que tipo lo necesitan si es de bolsillo o infrarrojo de pistola.

**Respuesta.-** Se solicita infrarrojo de pistola.

BLOQUE	PARTIDA	PREGUNTA
G	133	Solicitan campana de 60cms, tendrá una imagen, para saber si es decorativa o sólo es doméstica.

**Respuesta.-** Se inserta imagen ilustrativa, aclarándose que es para clase de cocina (uso doméstico).



BLOQUE	PARTIDA	PREGUNTA
G	153	Solicitas pero dices color a elegir y estas charolas no se pintan, charola para hornear panadería Zintrodalum 45cm x 65cm

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPNCC-02/2024 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA" PLAZO NORMAL.

**Respuesta.- Se aclara y confirma que son charolas para hornear. Color a definir.**

BLOQUE	PARTIDA	PREGUNTA
G	162	Solicitan vajilla de melanina de 12 piezas, contiene 4 llanos, 4 platos ensaladeros y 4 tazones tazones, nos puedes proporcionar las medidas por favor.


**Respuesta.- Se requieren platos llanos de 23.49cm, plato ensaladero de 27.30cm, y tazones de 14.60cm con capacidad de 600 ml**

BLOQUE	PARTIDA	PREGUNTA
G	164	Solicitan Set de 6 tazas para café de 16 onzas. Color a definir nos pueden decir que material necesitan.

**Respuesta.- Se solicitan tazas elaboradas con cerámica de alta resistencia.**

BLOQUE	PARTIDA	PREGUNTA
G	22	Barra desayunadora material acero inoxidable 5.80m de largo .40m ancho y 1.20m altura incluye instalación. Tendrán una foto de cómo se solicita la barra, o se puede ofertar de acuerdo a nuestro isométrico.

**Respuesta.- Se inserta imagen ilustrativa.**



BLOQUE	PARTIDA	PREGUNTA
H	4	Solicita un estante para almacenar hornos le mando un isométrico para ver si es lo que necesitan.

**Respuesta.- Sí, sin embargo deberá cumplir con las características solicitadas: Estante de acero para almacenamiento de horno de microondas de 196 pulgadas. Medidas: 80 cm de largo x 40 cm de ancho x 14 cm de costado. Color negro. Incluye instalación con soportes en L.**

BLOQUE	PARTIDA	PREGUNTA
O	76	Me solicita una mesa con tarja pero no me da la medida completa de dicho equipo.


**Respuesta.- Tarjas 1.20m, fina derecha, entrepaño, acero inoxidable, calibre 18, medidas: 1.20x.70x.90m**

*BL*



BLOQUE	PARTIDA	PREGUNTA
U	59	Solicita un refrigerador de 47 pies nos puede indicar si son puertas sólidas, es industrial o doméstico.

**Respuesta.-** Puertas de cristal, uso industrial. Se anexa imagen de referencia ilustrativa.



**EMPRESA: CUANTICO DATA SYSTEMS, S.A. DE C.V.**

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

1. A partir de qué monto es obligatorio expedir fianza?


**Respuesta.-** Conforme a lo establecido en el punto 14 de las Bases, el proveedor que resulte adjudicado expedirá fianza por el 10% diez por ciento del monto total del contrato I.V.A. incluido, cuando el importe de lo adjudicado sea igual o superior a \$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.n.).

**EMPRESA: GAMA SISTEMAS, S.A.D E C.V.**

1. Referente al anexo 1, la convocante menciona un listado de partidas que se deben de cotizar, solicitamos a la convocante que en nuestra propuesta técnica y económica solo mencionemos las partidas a las que solo vamos a cotizar ya que por naturaleza de los materiales corresponden a diferentes rubros. ¿La convocante acepta nuestra propuesta?

**Respuesta.-** El licitante podrá mencionar en su propuesta técnica (Anexo 5) y propuesta económica (Anexo 6), únicamente las partidas en las cuales participará, sin embargo, para facilitar la revisión de las propuestas, deberá considerar los formatos establecidos en Bases, que permitirá identificar a qué partida y qué bloque corresponde su participación.

2. En caso de que la pregunta 1 sea negativa, la convocante aceptaría solo mencionar en nuestra propuesta técnica y económica el almacén que se va a participar. ¿La convocante acepta nuestra propuesta?



## Guadalajara

**Respuesta.-** El licitante podrá mencionar en su propuesta técnica (Anexo 5) y propuesta económica (Anexo 6), únicamente las partidas en las cuales participará, sin embargo, para facilitar la revisión de las propuestas, deberá considerar los formatos establecidos en Bases, que permitirá identificar a qué partida y qué bloque corresponde su participación.

3. Referente al anexo 1 de bloque N, partida 14 y 15, la convocante menciona que cuenta con reconocimiento a nivel internacional, nos podría aclarar la convocante, ¿Cuáles son las marcas con reconocimiento a nivel internacional?

**Respuesta.-** Se están solicitando equipos de marcas con reconocimiento a nivel internacional buscando la mejor calidad y respaldo del fabricante en los componentes y la arquitectura de los equipos.

4. En caso de que en la pregunta anterior no se mencione ninguna marca, entendemos que las marcas con reconocimiento a nivel internacional son las siguientes: HP, LENOVO, ACER, ASUS y DELL, ¿Es correcta nuestra apreciación?

**Respuesta.-** Es correcta su apreciación.

5. En caso de que no se obtenga respuesta en las preguntas 3 y 4, entendemos que las maquinas deben de contar con la certificación EPEAT ya que es una certificación mundialmente conocida, ¿es correcta nuestra apreciación?


**Respuesta.-** Es recomendable más no es obligatorio.

### EMPRESA: SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.

1. BLOQUE F, PARTIDA 3  
BLOQUE K, PARTIDA 15  
BLOQUE Q, PARTIDA 1  
BLOQUE S, PARTIDA 5  
BLOQUE T, PARTIDA 1  
BLOQUE U, PARTIDA 2

Se hace de su conocimiento que por las características solicitadas, es un archivero básico con corredera de extensión sencilla capacidad de carga 40 kilos por cajón.

**Respuesta.-** Se aclara medidas 76.2\*45.7\*140 calibre 22 y a 40 ó 45 kilos por cajón. Se inserta imagen ilustrativa, debiendo considerar las demás especificaciones solicitadas en Bases en los Bloques y partidas mencionadas.



2. BLOQUE K, PARTIDA 13  
BLOQUE T, PARTIDA 3  
BLOQUE U, PARTIDA 66

De acuerdo al modelo y características de la silla que se indica, tiene brazos fijos, por lo que se solicita su aprobación para que sean brazos fijos, ya que con ajustables se trata de otro modelo de silla.

**Respuesta.-** Se aclara que podrán considerar brazos fijos, sin embargo, deberá considerar las demás especificaciones solicitadas en Bases, en los bloques y partidas mencionadas.

3. BLOQUE P, PARTIDA 24, Se solicitan medidas de la mesa o el espacio donde se colocará.

**Respuesta.-** Se colocarán en un espacio de 3mts. 20 cm de frente por 4mts. 80cm. de fondo.

4. BLOQUE P, PARTIDA 25, Se solicitan medidas de locker 1 puerta.

**Respuesta.-** Se solicita medidas 30 cm de profundidad, 105 cm de altura, 40 cm de ancho.

5. BLOQUE P, PARTIDA 28, Se solicita medida de altura.

**Respuesta.-** Se solicita con las siguientes medidas 120 cm de frente, 60 cm fondo, 75 cm de altura

**EMPRESA: FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLÓGICO, S.A.P.I. DE C.V.**

1. Entendemos que el Escrito de garantía es para defectos de fabricación y vicios ocultos no siendo bajo cargo y cuenta de mi representada aquellos defectos derivados de mal uso, caídas, golpes y/o mal almacenaje

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPNCC-02/2024 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA" PLAZO NORMAL.

¿Es correcta nuestra apreciación?

**Respuesta.-** Es correcta su apreciación, será además para garantizar lo establecido en el mencionado anexo, independientemente de la fianza, que en su caso deberá expedir en caso de que así aplique conforme a Bases.

2. **Referencia:** Bloque H, Renglón 58.

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar lo siguiente:

Escalera Sueca de 13 barras, Medidas 0.91m de ancho por 2.40 m de altura, Cuenta con entrada de tornillos o pijas para su colocación en pared, Terminado en barniz transparente, Fabricada en madera de pino de primera calidad, estufada y desflepada se incluye instalación.

¿Se acepta?

**Respuesta.-** Se acepta opción con estas características: Escalera sueca con 12 o 13 barras. Medidas: 0.91 m de ancho x 2.40 m de alto. Elaborada con madera de pino. Color por definir. Incluye instalación.

3. **Referencia:** Bloque J, Renglón 7. Indica "color naranja"

Solicitamos amablemente a la convocante en caso de ser adjudicados nos permita entregar en el color y/o tonalidad de acuerdo con las existencias del momento, siempre que se cumpla con las características técnicas solicitadas y ofertadas.

¿Se acepta?

**Respuesta.-** No se acepta su propuesta.

4. **Referencia:** Bloque O, Renglón 41. Bicicleta recumbente.

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar la misma marca del equipo que cumple con las características en versión más reciente, la cual contiene iguales y/o mejores características.

¿Se acepta?


**Respuesta.-** El licitante deberá ofertar las mismas características establecidas en Bases o superiores, sin embargo deberá contar con todas las especificaciones y características mínimas comentadas en bases en el anexo 1.

5. **Referencia:** Bloque O, Renglón 69.

Solicitamos amablemente a la convocante nos acepte ofertar un equipo que cuenta con pantalla LCD 5" a color siempre que cumpla con las características solicitadas.

¿Se acepta?

**Respuesta.-** El licitante deberá ofertar las mismas características establecidas en Bases o superiores, sin embargo deberá contar con todas las especificaciones y características mínimas comentadas en bases en el anexo 1.



Guadalajara

6. **Referencia:** Bloque O, Renglón 105. Indica "color por definir"

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita entregar en su caso los colores a instalar de acuerdo con los colores disponibles.

¿Se acepta?

**Respuesta.-** El color se considerará bajo las observaciones que requiera el espacio por lo tanto se requiere stock y amplia gama de colores, a elegir en caso de resultar adjudicado.

7. **Referencia:** Bloque O, Renglón 80, Indica medidas de 185x61x50.

La altura de 50cm es muy baja, entendemos que pudo ser por error en la transcripción, por lo cual solicitamos nos permitan ofertar una altura de 80cm que es equivalente a la mesa solicitada en el renglón anterior. Cabe mencionar que la altura de 80cm cumple para la funcionalidad deseada.

¿Se acepta?

**Respuesta.-** Se aclara que la medida deberá ser mínimo 80cm para el criterio de la altura de la camilla.

8. **Referencia:** Anexo 5 Propuesta Técnica.

Entendemos que para que éste anexo solo se deberán ingresar las partidas en las que se participa no siendo obligatorio ingresar todas las partidas del lote.

¿Es correcta nuestra apreciación?

**Respuesta.-** El licitante podrá mencionar en su propuesta técnica (Anexo 5), únicamente las partidas en las cuales participará, sin embargo, para facilitar la revisión de las propuestas, deberá considerar el formato establecido en Bases, que permitirá identificar a qué partida y qué bloque corresponde su participación.


9. **Referencia:** Anexo 6 Propuesta Económica.

Entendemos que para que éste anexo solo se deberán ingresar las partidas en las que se participa no siendo obligatorio ingresar todas las partidas del lote.

¿Es correcta nuestra apreciación?

**Respuesta.-** El licitante podrá mencionar en su propuesta económica (Anexo 6), únicamente las partidas en las cuales participará, sin embargo, para facilitar la revisión de las propuestas, deberá considerar el formato establecido en Bases, que permitirá identificar a qué partida y qué bloque corresponde su participación.

10. **Referencia:** 7.2, inciso a) dice "a este acto deberá asistir el licitante o un representante del mismo"



Guadalajara

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita que al acto de apertura de propuestas asista un representante de la empresa con una carta poder simple. ¿Se acepta?

**Respuesta.-** Al acto de presentación y apertura de propuestas podrá asistir un representante designado por la empresa, sin embargo deberá contar con carta poder simple, debidamente firmada, adjuntando fotocopia de identificación oficial de quien extiende el poder, e identificación oficial en original de quien asiste a tal acto.

**EMPRESA: ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMÍREZ**

1. BLOQUE D. PARTIDA 1.- Se acepta que el librero sea en 3 módulos de 1.20 por separado, que puedan unirse entre sí o mantenerse separados?

**Respuesta.-** Se aceptan en 3 módulos pero deberá cumplir con la totalidad de la medida solicitada en Bases.

2. BLOQUE F. PARTIDA 3.- Se acepta que las medidas de los archiveros sean las siguientes: 75x50x132 cm?

**Respuesta.-** Se solicita archivero son las medidas 76.2\*45.7\*140 calibre 22.y a 40 o 45 kilos por cajón.

3. BLOQUE F. PARTIDA 4.- Se acepta que las medidas sean las siguientes: 1.80X 75.5X73 CM?

**Respuesta.-** Sí se aceptan esas medidas.


4. BLOQUE G. PARTIDA 19.- Favor de especificar si lleva entrepaños y cuantos, las medidas sugeridas para 3 o 4 entrepaños son: 89 x40x 180 cm.

**Respuesta.-** Se aclara que lleva cuatro entrepaños, la medida es de 91 x 46 x 183 cm.

5. BLOQUE G. PARTIDA 116.- Se sugieren las siguientes medidas para un mejor aprovechamiento de los espacios: 2.00mts de largo x 1.60cm de ancho x 75cm de alto. ¿Se acepta dicha sugerencia?

**Respuesta.-** No se acepta dicha sugerencia.

6. BLOQUE G. PARTIDA 117.- Se acepta que la mesa de picnic sea solo de plastimadera sin base de metal? Y se sugieren las siguientes medidas:



**Respuesta.- No se acepta dicha sugerencia.**

7. BLOQUE G. PARTIDA 127.- Se pide estructura metálica, a que se refiere, ¿a base metálica tipo "o" o estructura completa en 4 patas?

**Respuesta.- Estructura completa 4 patas.**

8. BLOQUE G. PARTIDA 128.- Se aceptaría como alternativa entrepaños en melamina?

**Respuesta.- No se acepta dicha sugerencia.**

9. BLOQUE H. PARTIDA 43.- Se aceptaría que las medidas sean las siguientes: 40 x 40 x 180 cm?

**Respuesta.- No se acepta, ya que las medidas solicitadas son: 38 cm de frente x 45 cm de fondo x 185 cm de altura.**

10. BLOQUE H. PARTIDA 44.- Se acepta como alternativa que los entrepaños sean en melamina en lugar de madera?

**Respuesta.- No se acepta la alternativa y se solicita que los entrepaños sean de madera.**

11. BLOQUE I. PARTIDA 2.- Favor de aclarar si lo que se solicita es un escritorio en su totalidad en melamina tipo grapa, o se solicita escritorio con cubierta en melamina y estructura metálica tipo "O" o en 4 patas metálicas.

**Respuesta.- Se solicita escritorio cubierta con melamina, estructura metálica 4 patas. Se inserta imagen ilustrativa.**



12. BLOQUE I. PARTIDA 23.- Para una mejor armonía se sugieren las siguientes medidas:  
¿118x51x58x75, se aceptarían estas medidas?

**Respuesta.-** Las medidas requeridas son: Frente 1 120cms, profundidad 60cms; frente 2 40 cms altura 75 cms.

13. BLOQUE J. PARTIDA 3.- Se solicita el gabinete universal con puertas o sin puertas?

**Respuesta.-** Deberá considerar su propuesta con puertas.

14. BLOQUE J. PARTIDA 5.- Favor de aclarar las características y medidas de la mesa de juntas. No existe melamina de 17 mm, Y las medidas de las patas de metal es confuso, aclarar si se trata de estructura metálica en 4 patas, o base metálica tipo "o".

**Respuesta.-** Se aclara que son medidas de la mesa de juntas: 2.40 m largo x 60 cm ancho x 75 cm altura espesor melamina de 28 mm, patas de metal cerrada en O. Color por definir.

15. BLOQUE K. PARTIDAS 4 Y 5.- Favor de especificar densidad de la espuma y altura de los cojines.

**Respuesta.-** 10cm de grosor.

16. BLOQUE L. PARTIDA 1.- Favor de aclarar el acabado de la cubierta de la mesa al solicitarla en listón de madera, el acabado puede ser en aceite o con laca.

¿Se aceptaría como alternativa la cubierta en melamina?

**Respuesta.-** No se acepta la cubierta en melamina; deberá ser con acabado de aceite o con laca.

17. BLOQUE Ñ. PARTIDA 8.- Se aceptaría que las medidas fueran las siguientes: 180x 160 x 75 cm?

**Respuesta.-** No, se requieren de 1.20mts. largo X 1.40mts. ancho X 0.80mts. alto X ancho, asiento 0.30 mts.

18. BLOQUE O. PARTIDA 20.- ¿Se sugieren las siguientes medidas 40x40x180 cm, se aceptarían?

**Respuesta.- No se acepta.**



19. BLOQUE O. PARTIDA 22.- Dadas las características solicitadas, se sugieren las siguientes medidas para un mejor uso, medidas: 75x40x180 cm se aceptarían estas medidas?

Favor de aclarar si lo que señalan como "cantidad de estantes 4" se refiere a 4 huecos y 3 entrepaños?

**Respuesta.- El licitante deberá ofertar las mismas características de las Bases o superiores, sin embargo deberá contar con todas las especificaciones y características mínimas comentadas en bases en el anexo 1, aclarando que deberá contener 4 huecos y 3 entrepaños.**

20. BLOQUE O. PARTIDA 24.- En la descripción se señala "CAJONES EN MELAMINA DE ACERO", no existe en el mercado melamina de acero, favor de aclarar si en general se refiere a cuerpo y frentes del archivero en melamina y cajones en acero. O si se refiere a melamina en color acero.

**Respuesta.- Se solicita con el recubrimiento completo de melamina a las piezas de acero internas que competen a los rieles de los cajones, se adjunta imágenes con ejemplo.**



21. BLOQUE O. PARTIDA 79 .- La camilla se requiere con base fija o altura ajustable?

Se sugiere las siguientes medidas para un mejor aprovechamiento: 182cm X 72 cm Y si fuera de ALTURA VARIABLE O AJUSTABLE DE 70 A 82 cm. ¿Se acepta tal sugerencia?

**Respuesta.- Se requiere con base fija. Y respecto a las medidas el licitante deberá ofertar las mismas características establecidas en bases o superiores, sin embargo deberá contar con todas las especificaciones y características mínimas comentadas en base en el anexo 1.**

22. BLOQUE O. PARTIDA 80.- La camilla se requiere con base fija o altura ajustable?

Se sugiere las siguientes medidas para un mejor aprovechamiento: 182 X 72 CM. Se acepta tal sugerencia?


**Respuesta.- Se requiere con base fija. Y respecto a las medidas el licitante deberá ofertar las mismas características establecidas en bases o superiores, sin embargo deberá contar con todas las especificaciones y características mínimas comentadas en base en el anexo 1.**

23. BLOQUE P. PARTIDA 15.- Las medidas sugeridas para este tipo de escritorio son: 140X70X75 cm, se aceptaría tal sugerencia?

**Respuesta.- Se acepta la sugerencia.**

24. BLOQUE P. PARTIDA 17.- Favor de aportar más características y de ser posible alguna imagen de referencia. Por ejemplo si se trata de un módulo tipo archivero, tipo credenza, si se trata de un módulo fijo a la pared etc.

**Respuesta.- Se inserta imagen de referencia, del Bloque P, partida 17, medidas 80cm de frente x 50cm de fondo x 70cm de alto.**



25. BLOQUE P. PARTIDA 19.- Favor de proporcionar el diámetro de la mesa solicitada. Y si lleva descansapiés.

**Respuesta.- Se solicita con las siguientes medidas 60 cm. de diámetro, 110 de altura con reposapiés.**

26. BLOQUE P. PARTIDA 20.- Las medidas óptimas para este tipo de archiveros son: 40 x 50x 60 cm, se acepta esta propuesta?

Señalar si se requiere 1 cajón papelerero y 1 de archivo o 2 de archivo.

**Respuesta.- Se acepta propuesta y se requiere con 1 cajón papelerero y 1 cajón de archivo.**

27. BLOQUE P. PARTIDA 23.- Favor de señalar la altura de la mesa.


Por las medidas proporcionadas de 60 x 60 cm, se sugiere una altura de 50 cm.

**Respuesta.-** Se solicita 60 x 60 cm con una altura de 75 cm.

28. BLOQUE P. PARTIDA 24.- Favor de proporcionar medidas frente x fondo x alto y aclarar si modular se refiere a que este fabricada en 2 partes que se puedan separar y juntar.

**Respuesta.-** Conformada por 4 mesas rectangulares de 120 x 60cm, una mesa 100 x 60cm y 2 esquineros de 60 x 60cm., medida ya juntos los módulos de fondo 3.00 x ancho 2.20mts. de frente, la cual se ubicará en un espacio de 3.20mts de frente y 4.80mts. de fondo.

Bloque P, partida 24



29. BLOQUE P. PARTIDA 25.- Favor de proporcionar medidas frente x fondo x alto.

**Respuesta.-** Se solicita medidas 30 cm de profundidad, 105 cm de altura, 40 cm de ancho.

30. BLOQUE P. PARTIDA 26.- Favor de proporcionar medidas y mayores características, si la mesa es ovalada, cuadrada, si la cubierta es en melamina, si la base es de metal o tubular, 4 patas, en columnas, o en "o".

**Respuesta.-** Mesa de Juntas con cubierta fabricada en melamina de 28mm con canto PVC rígido, extremos en corte tipo arco y base metálica.


Bloque P, partida 26

MEDIDAS 120 CM DE ANCHO X 200 CM. DE LARGO X 75 CM DE ALTURA



31. BLOQUE P. PARTIDA 28.- Favor de proporcionar medida de altura.

**Respuesta.-** Se solicita con las siguientes medidas 120cm de frente, 60cm fondo, 75cm de altura.



Guadalajara

**EMPRESA: ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.**

1. Bloque M. Entendemos que para asegurar una correcta compatibilidad y administración de los equipos activos (NVR, Switches, Cámaras) estos deberán ser de la misma marca, ¿es correcta nuestra apreciación?

**Respuesta.- Es recomendable pero pueden ser de diferentes marcas siempre y cuando sean compatibles.**

2. Bloque M. Al requerir certificación del cableado, entendemos que por lo menos se deberá tener una garantía en el performance del cableado de hasta 15 años, esto siendo comprobable mediante carta de fabricante mencionando el presente concurso. ¿es correcta nuestra apreciación?

**Respuesta.- Es recomendable más no obligatorio.**

3. Bloque M. Sugerimos amablemente a la convocante con el fin de asegurar que la empresa licitante este calificada para llevar a cabo dicha instalación certificada mencionada en bases, se solicite al menos 2 personas certificadas vigentes en la marca propuesta de cableado UTP y equipo de vigilancia. ¿se acepta nuestra solicitud?

**Respuesta.- Es recomendable más no obligatorio.**

4. Bloque M. Con el fin de asegurar a la convocante que la empresa adjudicada tenga respaldo por parte del fabricante para la certificación del proyecto mencionada en bases, sugerimos amablemente se deba presentar carta de fabricante mencionando el presente concurso e indicando que el participante cuenta con soporte por el fabricante para preventa, postventa y garantías de la marca ofertada en cableado, fibra y equipo de vigilancia. ¿se acepta nuestra solicitud?

**Respuesta.- Es recomendable más no obligatorio.**

**EMPRESA: GDC DIFUSIÓN CIENTIFICA, S.A. DE C.V.**


1. De acuerdo al **Anexo 1 (De todas los bloques y partidas solicitadas)** En caso de no contar con algún título ya sea por estar descatalogado o fuera de circulación, ¿se aceptarán sustitutos?

**Respuesta.- No, no se aceptan sustitutos.**

2. **(Anexo 1 correspondiente al bloque "H" partida 49** prueba WISC V, actualmente no está a disponibilidad por parte de la editorial y no cuenta con fechas para impresión de dicha prueba. ¿Se puede contemplar algún sustituto?

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPNCC-02/2024 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA" PLAZO NORMAL.

BZ



Guadalajara

**Respuesta.-** La prueba psicológica que se solicita es el WISC V; no se contempla otra opción.

3. De acuerdo al Anexo 1 (De todas los bloques y partidas solicitadas) En caso de retrasos por parte de los editores/proveedores externos ajenos al licitante, ¿se pueden tener días de prórroga para las entregas?

**Respuesta.-** Se aclara que el tiempo de entrega de los bienes en el presente proceso será de 45 cuarenta y cinco días naturales a partir de la notificación del fallo.

4. En las partidas de libros (Anexo 1 correspondiente al bloque "G" partida 23 a 38, bloque "H" partida 21 a 33, bloque "J" partida 33 a 54, 72, 75 a 78) y pruebas psicológicas (Anexo 1 correspondiente al bloque "G" partida 42 a 45, y 57, bloque "H" partida 48,49, 62 y 63, bloque "I" 8, 9 Y 25, bloque "J" partida 74, de 79 a 84) ¿Aceptan ediciones de años diferentes a lo solicitado?

**Respuesta.-**

**BLOQUE G, partidas de la 23 a 38, y partidas 42 a 45 y 57.-** No se aceptan ediciones de años diferentes.

**BLOQUE H, partidas 21 a 33.-** No, no se aceptan ediciones de años diferentes a lo solicitado.

**BLOQUE I, partidas 8, 9 y 25.-** No, no se aceptan ediciones de años diferentes a lo solicitado.

**BLOQUE J, partida 74, de la 79 a 84.-** No, no se aceptan ediciones de años diferentes a lo solicitado.

5. De acuerdo al Anexo 1 (De todas los bloques y partidas solicitadas) ¿Se pueden realizar entregas parciales?

**Respuesta.-** En caso de resultar adjudicado el licitante, podrá efectuar entregas parciales de las partidas adjudicadas en cada bloque, sin embargo deberán ser partidas completas.

**EMPRESA: EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

**1. FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES:**

Dado a que algunos de los bienes solicitados son de importación, solicitamos a la convocante dé un plazo de 75 días naturales contados a partir del fallo para la entrega total de los bienes adjudicados, ¿se acepta?

**Respuesta.-** Se aclara que el tiempo de entrega de los bienes en el presente proceso será de 45 cuarenta y cinco días naturales a partir de la notificación del fallo.

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPNCC-02/2024 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA" PLAZO NORMAL.

**2. FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES:**

Si no fueran posible los 75 días solicitados en la pregunta anterior, solicitamos a la convocante se extienda el plazo a 60 días naturales contados a partir de la fecha de fallo, ¿se acepta?

**Respuesta.-** Se aclara que el tiempo de entrega de los bienes en el presente proceso será de 45 cuarenta y cinco días naturales a partir de la notificación del fallo.

**3. Bloque H Partida 58**

**Descripción/Especificaciones:** Escalera sueca con 11 peldaños de 3.30 cm de diámetro. Medidas: 2.40 m x 8 m. Peso máximo: 350 libras. Elaborada con madera de pino de alta calidad. Color por definir. Incluye instalación.

Se solicita a la convocante se nos permita ofertar partida con las siguientes características:

**Escalera Sueca y/o Barras suecas**

- Dimensiones: 91 x 240 cm (ancho, alto)
- Base: Tinta blanca
- Barniz: Poliuretano Mate
- Fabricación: Madera de pino de primera calidad, Estufada
- Barras: 12
- Incluye: Perforaciones para instalación, 4 juegos de tornillos y taquetes.

¿se acepta?

**Respuesta.-** Se acepta opción con estas características: Escalera sueca con 12 o 13 barras. Medidas: 0.91 m de ancho x 2.40 m de alto. Elaborada con madera de pino. Color por definir. Incluye instalación.

**4. Bloque H Partida 61**

**Descripción/Especificaciones:** Pelota terapéutica de 75 cm de diámetro color por definir material PVC resistencia de 100 kg, aproximadamente. 96937.

Se solicita a la convocante se nos permita ofertar partida con las siguientes características:

**Pelota terapéutica y/o Pelota Pro Series Azul de 75 cm**

**Beneficios**

- Sistema de desinflado lento SDS que evita lesiones en caso de una ponchadura
- Estabilidad en los puntos de contacto corporal
- Segura para recargarse sentarse, arrodillarse o mientras realiza ejercicio de core, espalda, hombro o piernas

• Fácil de limpiar

Incluyen:

- Dos tapones

- Adaptador de inflado
  - Cinta métrica para asegurar el inflado adecuado
  - Poster con 24 ejercicios
- ¿se acepta?

**Respuesta.-** Se acepta la opción que cumpla con estas características: Pelota terapéutica de 75 cm de diámetro, color por definir, material PVC, resistencia de 100 kg aproximadamente.

**5. Bloque J Partida 21**

**Descripción/Especificaciones.** Bandas para electrodos de esponja kit de dos bandas de 5 cm x 60 cm. color azul.

Se solicita a la convocante se nos permita ofertar partida con las siguientes características:

**Bandas para Electrodo y/o Velcro**

Velcro de 6x46cm, 1 pieza, Cintas elásticas fabricadas en Nylatex ideales para sujetar compresas o electrodos en paciente.

- Cintas de sujeción para electrodos o compresas.

Color Azul

¿se acepta?

**Respuesta.-** No se acepta su propuesta.

**6. Bloque J Partida 22**

**Descripción/Especificaciones:** Almohadilla térmica eléctrica con cojín de temperatura de 10 niveles. material franela, potencia de 50 W voltaje de 110 V de forma rectangular y color azul

Se solicita a la convocante se nos permita ofertar partida con las siguientes características:

**Almohadilla térmica eléctrica y/o Compresa**

**Eléctrica** Compresa eléctrica húmedo-caliente para alivio del Dolor.

La franela extrae la humedad del aire y al aumentar la temperatura de la compresa, la humedad se libera en la piel, proporcionando un alivio más rápido para sus pacientes.

- Cómodo pre ajuste de tiempo y temperatura
- Control manual digital con pantalla retro iluminada que permite una fácil programación y control de temperatura y/o tiempo de tratamiento
- Modo de bloqueo que protege contra cambios durante las sesiones de tratamiento
- Las temperaturas de la terapia con calor húmedo van de 45 a 75 °C
- Las sesiones de tratamiento duran hasta 30 Minutos

- Cuenta con retroalimentación auditiva durante la configuración y alarma que se activa una vez que se completa el tratamiento  
¿se acepta?

**Respuesta.-** No se acepta su propuesta.

### 7. Bloque O Partida 40

**Descripción/Especificaciones:** BARRAS PARALELAS. BARRAS CON PLATAFORMA ALTURA AJUSTABLE DE 50 A 90 CM ANCHURA AJUSTABLE DE 90 A 70 CM TIRAS ANTIDERRAPANTES TUBO DE ACERO INOXIDABLE ACABADO DE BARNIZ NATURAL DURO BARRA ESTABILIZADORA DE SEGURIDAD, MEDIDAS DE LA RAMPA: 3.20 M X .90 CM, BARRAS DE 2.44 DE LARGO X 1.07M DE ANCHO PASAMANOS DE ACERO DE 3.8CM CROMADO O PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA BARRAS PARALELAS CON PLATAFORMA DE MADERA DE 3.1 CM DE GROSOR DE PRIMERA CALIDAD. ARMADO E INSTALADO.

Se solicita a la convocante se nos permita ofertar partida con las siguientes características:

#### **Barras Paralelas con Plataforma de 3 mts**

Dimensiones totales: 300 x 100 x 55-90 cm (largo, ancho, alto).


- Base: Tinta blanca
  - Barniz: Poliuretano Mate
  - Fabricación: Madera de pino de primera calidad, estufada
  - Capacidad de carga: 113 kg
  - Pasamanos: Acero cromado de 38 mm
  - Anclajes: al piso, ocultos
  - Barras fijas: Seguros en émbolos
- ¿se acepta?

**Respuesta.-** El licitante deberá ofertar bien con las características y especificaciones solicitadas en bases, o superiores, sin embargo deberá contar con todas las especificaciones y características mínimas comentadas en bases en el anexo 1.

### 8. Bloque O Partida 41

**Descripción/Especificaciones:** BICICLETA RECUMBENTE • ESTRUCTURA DE TUBO ELÍPTICO DE GRAN RIGIDEZ • ASIENTO ANATÓMICO CON ASAS LATERALES CON SENSORES DE PULSO INCORPORADOS • PANEL DE CONTROL CON INDICADORES DE TIEMPO VATIOS DISTANCIA CALORÍAS VELOCIDAD RPM PULSO Y PERFIL DE PROGRAMA SELECCIONADO • RUEDAS PARA UN FÁCIL TRANSPORTE • SISTEMA DE MEDICIÓN DE PULSO POLAR INTEGRADO EN MANILLAR Y TELEMÉTRICO INALÁMBRICO POLAR • RESISTENCIA ELECTROMAGNÉTICA DE 500 W • 20 NIVELES DE RESISTENCIA • SISTEMA DE TRANSMISIÓN MEDIANTE CORREA. NO PRECISA MANTENIMIENTO. TRANSMISIÓN MEDIANTE CORREA A POLY V • ASIENTO REGULABLE EN PROFUNDIDAD CON

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPNCC-02/2024 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA" PLAZO NORMAL.



Guadalajara

PORTABOTELLAS Y PORTATOALLAS DELANTERO • PARADA Y BOTÓN DE ARRANQUE FÁCILMENTE LOCALIZABLES • 40 PROGRAMAS DIFERENTES DE ENTRENAMIENTO • RESISTENCIA Y VELOCIDAD GRADUABLES EN INTENSIDAD • PEDALES CON CORREA ENVOLVENTE AJUSTABLE PARA ASEGURAR Y FIJAR EL PIE • ALTURA MÁXIMA DE USUARIO: 2M PESO MAX. USUARIO: 180KG • DIMENSIONES: 170 X 61 X 130 CM • PESO: 59 KGS. • DOS OPCIONES DE MONITORES: 1. MONITOR SMARTFOCUS CAPACITIVO TOUCH SCREEN DE 16"; 2. MONITOR: LA PANTALLA DOT MATRIX CON VENTANA DE LEDS SUPERIOR QUE MUESTRA GRÁFICAMENTE LA EVOLUCIÓN D EL EJERCICIO ARMADOINSTALADO GARANTIA E INCLUIR CAPACITACION PARA SU USO

Se solicita a la convocante se nos permita ofertar partida con las siguientes características:

**Bicicleta Recumbente** Con un diseño estético y fuente de alimentación propia, la bicicleta recumbente complementarán efectivamente la terapia de rehabilitación

#### Características

- Alimentación eléctrica autogenerada.
- Pedales auto-balanceados con correas ajustables.
- De 1 a 20 rangos de resistencia.
- Panel con múltiples pantallas LED de retroalimentación.
- Sensores de ritmo cardiaco incluidos.
- Correa inalámbrica para pecho para registrar el ritmo cardiaco (opcional).
- Soporte para botella de agua.
- Compartimento para accesorios.
- Ventilador de 3 velocidades.
- Ruedas delanteras para fácil transportación del equipo.
- Niveladores delanteros y traseros.
- Sistema de frenado magnético de corriente de Foucault.


#### Programas incluidos

- 8 programas predefinidos: tiempo, distancia, calorías, quema de grasa, intervalos, colinas, montañas y carretera.
- 2 programas de ritmo cardiaco.
- 5 programas definidos por el usuario.

Asiento fabricado con respaldo de malla ventilada de alta calidad que ofrece 15 posiciones para ajustar la distancia al paciente.

Manubrios en panel y a la altura del asiento con sensor de ritmo cardiaco y controles de resistencia.

Dimensiones: 166.98 cm de largo, 64.28 cm de ancho y 132.58 cm de alto. Peso máximo de usuario: 158.75 kgs.



Guadalajara

**Respuesta.-** El licitante deberá ofertar las mismas características y especificaciones solicitadas en bases o superiores, sin embargo deberá contar con todas las especificaciones y características mínimas comentadas en bases en el anexo 1.

**9. Bloque O Partida 47**

**Descripción/Especificaciones:** SUJETADOR CINTA ELASTICA PARA SUJECION DE ELECTRODOS 8X100 CM

Se solicita a la convocante se nos permita ofertar partida con las siguientes características:

**Bandas para Electrodo y/o Velcro.** Velcro de 6x91cm, 1 pieza, Cintas elásticas fabricadas en Nylatex ideales para sujetar compresas o electrodos en paciente.

- Cintas de sujeción para electrodos o compresas.

Color Azul

¿se acepta?

**Respuesta.-** No se acepta.

**10. Bloque O Partida 48**

**Descripción/Especificaciones** "ESCALONES DE 2 PELDAÑOS/BANCO MEDICO FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE.MEDIDAS APROXIMADAS POR ESCALÓN: 40 CM DE LARGOX 20 CM DE ANCHO. ALTURA TOTAL: 33 CM. CUENTA CON TAPONES DE HULE ANTIDERRAPANTE. ARMADO INSTALADO

Se solicita a la convocante se nos permita ofertar partida con las siguientes características:

**Banco de dos peldaños** Brinda seguridad.

- Resistente.
- Práctico.

Características:

- Cubierta de hule antiderrapante de 1.00mm de espesor, acabado estriado color negro.

- Plataformas en lámina de acero no. 22, con moldura perimetral de aluminio, acabado horneado.


- Estructura en tubo de acero calibre no. 20, de 22.2 mm de diámetro, acabado cromado.

- Regatones antiderrapantes de hule suave.

- Dimensiones de plataforma: 40.5 x 20.0 cm.

¿se acepta?

BZ



Guadalajara

**Respuesta.-** El licitante deberá ofertar el mismo de características o superiores a lo establecido, sin embargo deberá contar con todas las especificaciones y características mínimas comentadas en base en el anexo 1.

### 11. Bloque O Partida 72

**Descripción/Especificaciones:** "SILLA DE ALTURA AJUSTABLE PARA TINA DE HIDROTERAPIA CON RUEDAS GIRATORIAS O PATAS FIJAS ALTURA AJUSTABLE DE 80 A 110CM ASIENTO DE 45 X 50CM CON RESPALDO DE 25 X 40 CM ALTURA DEL ESCALÓN DE 24CM. ARMADO INSTALADO"

Se solicita a la convocante se nos permita ofertar partida con las siguientes características:

#### Silla para tina de hidroterapia

Asiento y respaldo tapizado con vinilo negro

Asiento y respaldo fabricados con espuma de alta densidad.

Cinturón de seguridad ajustable.

Altura ajustable mediante lucillo.

Plataforma del pie con material antiderrapante

Especificaciones Técnicas

Dimensiones:

◦ Altura: 70 a 110 cm

◦ Respaldo: 25 x 40 cm


◦ Escalón: 45 x 40 cm.

¿se acepta?

**Respuesta.-** El licitante deberá ofertar el mismo de características o superiores a lo establecido, sin embargo deberá contar con todas las especificaciones y características mínimas comentadas en base en el anexo 1.

### 12. Bloque O Partida 77

**Descripción/Especificaciones:** "COMPRESERO HUMEDO CALIENTE CON CAPACIDAD PARA 12 COMPRESAS INCLUYE COMPRESAS ESTANDAR. LUZ FRONTAL DE OPERACIÓN CABLE GRADO HOSPITALARIO VÁLVULA DE DRENAJE INFERIOR SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO RANGO DE TEMPERATURA 30 – 85°C INCLUYE 12 COMPRESAS ESTÁNDAR DE 25 X 30 CM CON OPCIÓN DE RUEDAS DE TRASLADO DOS CON FRENO DIMENSIONES DE 68 ANCHO X 42 FONDO X 80 ALTO CM ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE GRADO 304 CON ACABADO TIPO SATÍN REQUERIMIENTOS DE VOLTAJE 120 VCA 60HZ POTENCIA 1000W 9 AMPERES REJILLA INTERNA DE ACERO INOXIDABLE REMOVIBLE Y PLASTIFICADA PARA COLOCAR LAS COMPRESAS TERMOSTATO DE PARADA TÉRMICA EL CUAL CORTA A UNA TEMPERATURA ENTRE 82 - 85°C TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA DE 710 A 740 CON ALTA PRECISIÓN QUE DA UNA ALTA CONFIABILIDAD AL USUARIO.GARANTIA.



Guadalajara

Se solicita a la convocante se nos permita ofertar partida con las siguientes características:

**Compresero caliente móvil**

Fabricados en acero inoxidable con control termostático que garantiza la temperatura terapéutica ideal de las compresas.

- Diseñado para trabajar las 24hrs.
- Fabricación sólida a prueba de fallas y resistente a oxidación.
- Fácil llenado con agua, limpieza sencilla y mínimo mantenimiento.
- Capacidad: 69L.
- Compresas incluidas: 12 estándar.
- Tiempo de calentamiento (a 70°C): 6 horas.
- Rango de temperatura: 71°-74°C.
- Rango de temperatura máxima por seguridad: 88° C ± 8° C.
- Dimensiones: 67 x 40 x 85 cm.
- Peso: 39kgs.
- Tipo: Móvil.

¿se acepta?

**Respuesta.-** El licitante deberá ofertar el mismo de características o superiores a lo establecido, sin embargo deberá contar con todas las especificaciones y características mínimas comentadas en base en el anexo 1.

**13. Bloque O Partida 79**

**Descripción/Especificaciones:** "MESA DE TRATAMIENTO /CAMA TERAPEUTICA • MEDIDAS 185 X 65 X 80 CM • COLCHON DE 10 CM • FABRICADA EN MADERA DE PRIMERA CALIDAD • ESTUFADA • DESFLEMADA BARNIZADA • AL NATURAL. COLCHON DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 24 KG FORRADO DE VINIL ANTIBACTERIAL DE ALTA RESISTENCIA. COLOR AZUL. ARMADO INSTALADO GARANTIA"

Se solicita a la convocante se nos permita ofertar partida con las siguientes características:

**Mesa de tratamiento con colchón** Fabricada en madera de pino de primera calidad.

- Base de tinta blanca y terminado en barniz poliuretano mate.
- Forrado en vinil antibacterial de alta resistencia.
- Medidas: Largo 200cm, Ancho 61cm y Alto 80cm.
- Colchón de espuma de poliuretano de 4cms de grosor y densidad de 24 kgs.

¿se acepta?

**Respuesta.-** El licitante deberá ofertar el mismo de características o superiores a lo establecido, sin embargo deberá contar con todas las especificaciones y características mínimas comentadas en base en el anexo 1.

**14. Bloque O Partida 83**

**Descripción/Especificaciones:** "CAMA BOBATH MESA BAJA O CAMA BAJA TIPO BOBATH; FABRICADA EN MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD ESTUFADA Y DESFLEMADA TERMINADO EN BARNIZ TRANSPARENTE COLCHÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 10 CM DE ESPESOR Y DENSIDAD DE 24 KG FORRADO EN VINIL ANTIBACTERIAL DE ALTA RESISTENCIA COLCHÓN DE 10 CM DE ESPESOR. MEDIDAS 213 CM DE LARGO X 152 CM DE ANCHO X 51 CM DE ALTURA. COLOR NEGROGRIS O AZUL. ARMADO INSTALADO GARANTIA.

Se solicita a la convocante se nos permita ofertar partida con las siguientes características:

**Mesa Bobath Fija**

Fabricada en madera de pino de primera calidad.

- Base de tinta blanca y terminado en barniz poliuretano mate.
- Dimensiones: 122cm de ancho x 213cm de largo x 50cm de alto.
- Forrado en vinil antibacterial de alta resistencia.
- Colchón de espuma de poliuretano de 4 cms de grosor y densidad de 24 kgs  
¿se acepta?

**Respuesta.- No se acepta.**

**15. Bloque O Partida 85**

**Descripción/Especificaciones:** "ESPEJO INDIVIDUAL MOVIL MEDIDAS 185CM DE LARGO X 69CM DE ANCHO BASE DE MADERA CON 4 RUEDAS • LUNA DE 4 MM DE ESPESOR • DIMENSIONES 185 CM X 69 CM • FABRICADO EN MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD ESTUFADA Y DESFLEMADA • TERMINADO EN BARNIZ TRANSPARENTE • BASE DE MADERA CON 4 RUEDAS DOS DE ELLAS CON FRENOS. Armado e instalado."

Se solicita a la convocante se nos permita ofertar partida con las siguientes características:

**Espejo móvil de postura, 1 sección**

Dimensiones del espejo: 58.42 de ancho x 179.28 cm de alto

- Dimensiones totales: 71.12 cm de ancho x 190.5 cm de alto
- Base: Tinta blanca
- Barniz: Poliuretano Mate
- Fabricación: Madera de pino de primera calidad, estufada
- Tipo: Móvil con ruedas de 5 cm

¿se acepta?

**Respuesta.- El licitante deberá ofertar el mismo de características o superiores a lo establecido, sin embargo deberá contar con todas las especificaciones y características mínimas comentadas en base en el anexo 1.**

**EMPRESA: CONSORCIO AEI, S.A. DE C.V.**

1. Se solicita poner soportes para los rieles de lado a lado sobre las mamparas.

**Respuesta.-** No es clara su pregunta al no especificar a qué bloque y partida corresponde su pregunta, por lo tanto no es posible aclarar.

**EMPRESA: ADMINISTRACIÓN SOFTWARE E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.**

1. Se solicita amablemente a la convocante que el tiempo de entrega sea de 45 días, se acepta nuestra propuesta?

**Respuesta.-** Se aclara que el tiempo de entrega de los bienes en el presente proceso será de 45 cuarenta y cinco días naturales a partir de la notificación del fallo.

2. Me refiero al bloque N partida 14 Se solicita amablemente a la convocante para la libre participación de las marcas, se acepte Procesador equivalente en desempeño AMD, se acepta nuestra propuesta?

**Respuesta.-** Se acepta siempre y cuando sean con un desempeño equivalente o superior a lo solicitado.

3. ¿Se solicita amablemente a la convocante que nos permita presentar cartas de fabricante en el cual menciona que somos distribuidores autorizados, la cual sea proporcionada en impresión de digital, se acepta nuestra propuesta?

**Respuesta.-** Es recomendable más no necesario.

4. Entendemos que no es necesario para este proceso de licitación, presentar copias simples ni copias certificadas de las actas y sus modificaciones, es correcta nuestra apreciación ?


**Respuesta.-** En caso de referirse a actas constitutivas de la Sociedad y respectivas modificaciones, se aclara que es correcta su apreciación.


**EMPRESA: CARDIOPACE, S.A. DE C.V.**

**1. PUNTO 4 JUNTA DE ACLARACIONES**  
**DICE: 4. JUNTA ACLARATORIA.**

Con fundamento en el Artículo 62 numeral 4, 63 y 70 de la "LEY" y el 45 del

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPNCC-02/2024 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA" PLAZO NORMAL.





Guadalajara

"REGLAMENTO" y con la finalidad de proporcionar la información que los proveedores requieren para hacer preguntas o aclaraciones.

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, ¿SERÁ POSIBLE HACER REPREGUNTAS A LAS RESPUESTAS DADAS POR LA CONVOCANTE?

**Respuesta.-** El Acto de Junta de Aclaratoria se efectuará conforme a lo establecido en el punto 4 de las Bases.

## 2. DICE: 6.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS O PROPOSICIONES.-

Con fundamento en el Artículo 40 numeral 2 fracción VII del "Reglamento".

a) Los "LICITANTES" entregarán un sobre cerrado en forma inviolable o por vía electrónica a través de Liga de Depósito ubicado en la Plataforma de Compras y Adquisiciones situado en la página oficial de la "CONVOCANTE", conteniendo los documentos señalados en el punto 7.1 de las presentes "BASES", señalando claramente nombre del "LICITANTE", Número y Nombre del Proceso. Esto con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 65, de la "LEY".

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, ¿A PARTIR DE QUÉ MOMENTO SE ABRIRÁ LA PLATAFORMA PARA PODER ENVIAR LA PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA?

**Respuesta.-** Quedará abierta el miércoles 17 de abril de 2024 a partir de las 9:00 horas.


3. PUNTO: ANEXO 4 DICE: *Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través de Apoderado, con Poder General o Especial para Actos de Administración o de Dominio, que les faculte para comparecer al proceso y a la firma del contrato que resulte del mismo: (en caso de ser Personas Jurídica y el poder se otorgue en la escritura del acta constitutiva, manifestarlo en este cuadro)*

**DUDA:** EN CASO DE QUE LA PERSONA QUE ENTREGARÁ EL SOBRE CON LAS PROPUESTAS, NO CUENTE CON PODER GENERAL O ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN O DE DOMINIO, ¿QUÉ DOCUMENTOS SE DEBERÁ PRESENTAR, DENTRO Y FUERA DEL SOBRE?

**Respuesta.-** Se aclara que el Anexo 4 deberá ser debidamente requisitado por el Licitante, con los datos solicitados en el referido anexo y únicamente deberá ser firmado por la persona legalmente facultada para ello, tanto para persona física como moral.

Aclarándose que para la entrega del sobre con las propuestas podrá entregarlo cualquier persona designada por la empresa, sin embargo en caso de asistir al acto de apertura deberá contar con carta poder simple, debidamente firmada, adjuntando fotocopia de identificación oficial de quien extiende el poder, e identificación oficial

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPNCC-02/2024 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA" PLAZO NORMAL.



Guadalajara

en original de quien asiste a tal acto, sólo en caso de estar presente en el acto de apertura.

**4.- BLOQUE O RENGLÓN 44**

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMPRESA FRÍA DE MEDIDAS 30 X 60, LO CUAL ES SUPERIOR A LO SOLICITADO Y NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DE BIEN, ¿SE ACEPTA?

**Respuesta.-** No se acepta su propuesta.

**5. BLOQUE G RENGLÓN 12**

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON UNA CAPACIDAD DE CARGA +/- 10%, ¿SE ACEPTA?

**Respuesta.-** No se acepta su propuesta.

**6. BLOQUE G RENGLÓN 13**

**DUDA:** SUPONEMOS QUE LO QUE SE DEBE OFERTAR ES, NEGATOSCOPIO DE PARED SENCILLO LED (1 PLACA) DE 14"X17" POR CAMPO CON DOS LÁMPARAS RECTAS FLUORESCENTES DE LUZ AZUL CONTINUA Y SIN PARPADOS POR CAMPO. CON BRILLO DE 1500 CD/M2 PARA RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL Y SUJETADOR DE PALCA RADIOGRÁFICA DE BARRA ROTATORIA, COMO MÍNIMO, ¿ES CORRECTO?

**Respuesta.-** Es Negatoscopio Led sencillo 1 placa Green Led® 6300 lux. Medidas: Alto 54.5cm, Ancho 47cm, grosor 2.5 a 5cm.

**7. BLOQUE G RENGLÓN 96**

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, LA MARCAS SOLO ES DE REFERENCIA Y SE PODRÁ OFERTAR CUALQUIER OTRA QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE:

ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO DE BRAZALETE CON 30 MEMORIAS AL MENOS, COMPATIBILIDAD CON APP. TAMAÑO DE BRAZALETE 22-42 CMS, ¿ES CORRECTO?

**Respuesta.-** Se aclara que sólo es marca de referencia, tipo Welch Allyn.

**8. BLOQUE G RENGLÓN 97**


**DUDA:** EL BIEN A OFERTAR DEBE SER DE CABEZAL DOBLE (CAMPANA Y DIAFRAGMA PLANO) DE ACERO INOXIDABLE CON AROS ANTI ENFRIAMIENTO, BINAURALES GIRATORIOS Y OLIVAS INTERCAMBIABLES, LIBRE DE LÁTEX Y DE 71 CM, ¿ES CORRECTO?

**Respuesta.-** Es correcta su apreciación.

**9. BLOQUE G RENGLÓN 102**

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, LA MARCAS SOLO ES DE REFERENCIA Y SE PODRÁ OFERTAR CUALQUIER OTRA QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE:

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPNCC-02/2024 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA" PLAZO NORMAL.



Guadalajara

ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO DE BRAZALETE CON 30 MEMORIAS AL MENOS, COMPATIBILIDAD CON APP. TAMAÑO DE BRAZALETE 22-42 CMS, ¿ES CORRECTO?

**Respuesta.-** Se aclara que sólo es marca de referencia, tipo OMRON.

#### 10. BLOQUE G RENGLÓN 102

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SE PODRÁ OFERTAR ESFIGMOMANÓMETRO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO CON BRAZALETE Y 30 MEMORIAS COMPATIBLE CON APP CON TAMAÑO DE BRAZALETE DE 22-42 CM, ¿SE ACEPTA?

**Respuesta.-** Se acepta su propuesta

#### 11. BLOQUE H RENGLÓN 58

**DUDA:** CREEMOS QUE EXISTE UN ERROR EN LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN AL SOLICITAR QUE LA ESCALERA MIDA 8 METROS, ¿ES CORRECTO?

**Respuesta.-** Se acepta opción con estas características: Escalera sueca con 12 o 13 barras. Medidas: 0.91 m de ancho x 2.40 m de alto. Elaborada con madera de pino. Color por definir. Incluye instalación.

#### 12. BLOQUE H RENGLÓN 58

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARÉ, PODEMOS OFERTAR UNA ESCALERA CON 12 BARRAS, LO CUAL ES SUPERIOR A LO SOLICITADO Y NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL BIEN, AL CONTRARIO LA MEJOR, ¿SE ACEPTA?

**Respuesta.-** Se acepta opción con estas características: Escalera sueca con 12 o 13 barras. Medidas: 0.91 m de ancho x 2.40 m de alto. Elaborada con madera de pino. Color por definir. Incluye instalación.

#### 13. BLOQUE H RENGLÓN 58

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, PODEMOS OFERTAR UNA ESCALERA CON DIMENSIONES DE 91 CMS DE ANCHO, LO CUAL ES SUPERIOR A LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?

**Respuesta.-** Se acepta opción con estas características: Escalera sueca con 12 o 13 barras. Medidas: 0.91 m de ancho x 2.40 m de alto. Elaborada con madera de pino. Color por definir. Incluye instalación.


#### 14. BLOQUE O RENGLÓN 41

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CON PESO DE 65 KGS, TODA VEZ QUE ESTO NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO, AL CONTRARIO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN A SOLICITAR UNA ESPECIFICACIÓN QUE SOLO CUMPLE UNA MARCA EN EL MERCADO, ¿SE ACEPTA?

**Respuesta.-** El licitante deberá ofertar las mismas características y especificaciones solicitadas en bases o superiores, sin embargo deberá contar con todas las especificaciones y características mínimas comentadas en bases en el anexo 1.

#### 15. BLOQUE O RENGLÓN 41

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPNCC-02/2024 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA" PLAZO NORMAL.



Guadalajara

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL MOTIVO TÉCNICO Y EL BENEFICIO EN EL USUARIO PARA QUE EL EQUIPO CUENTE CON DOS MONITORES.

**Respuesta.-** En la descripción se plantea dos opciones de monitores puede ser una de las dos que se mencionan, se solicita la integración de monitor para el control de la ejecución del ejercicio terapéutico.

**16. BLOQUE O RENGLÓN 41**

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON UN MONITOR QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DE TODOS LOS DATOS REQUERIDOS POR LA COMPRADORA Y EL USUARIO, SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTE LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?

**Respuesta.-** El licitante deberá ofertar las características y especificaciones establecidas en bases o superiores, sin embargo deberá contar con todas las especificaciones y características mínimas comentadas en bases en el anexo 1.

**17. BLOQUE O RENGLÓN 41**

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE COMPETENCIA CON UNA CARACTERÍSTICA QUE SOLO UNA MARCA EN EL MERCADO PUEDE CUMPLIR, NOS PERMITA OFERTAR EL MONITOR CONFORME A LA CARACTERÍSTICA DE CADA FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?

**Respuesta.-** El licitante deberá ofertar las características y especificaciones establecidas en bases o superiores, sin embargo deberá contar con todas las especificaciones y características mínimas comentadas en bases en el anexo 1.

**18. BLOQUE O RENGLÓN 44**

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA COMPRESA FRÍA ESTÁNDAR DE 30 CMS X 60 CMS, LO CUAL ES SUPERIOR A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?

**Respuesta.-** No se acepta.

**19. BLOQUE O RENGLÓN 48**

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA ALTURA DE 37 CMS, LO CUAL NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO, ¿SE ACEPTA?

**Respuesta.-** El licitante deberá ofertar las características y especificaciones establecidas en bases o superiores, sin embargo deberá contar con todas las especificaciones y características mínimas comentadas en bases en el anexo 1.

**20. BLOQUE O RENGLÓN 62**

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE, EL BIEN DEBE SER DE ESTRUCTURA METÁLICA, ¿ES CORRECTO?

**Respuesta.-** El producto mencionado se refiere a un columpio para el área de terapia física con adaptación a estimulación temprana, siendo el material principal del columpio tela de alta resistencia, la única estructura metálica que puede competir a esto es en el proceso de instalación ya que se tiene que contemplar techo de concreto. El material del columpio no corresponde a estructura metálica sino el material a utilizar será tela.

**21. BLOQUE O RENGLÓN 62**

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE, DEBIDO AL TIPO DE PRODUCTO AL QUE SE REFIERE Y EL TIPO DE USUARIOS QUE UTILIZARÁ EL PRODUCTO, RECOMENDAMOS QUE LA HAMACA SEA DE LONETA, LA CUAL ES LAVABLE Y QUE TENGA INCLINACIÓN GRADUABLE, ¿ES CORRECTO?

**Respuesta.-** El producto mencionado se refiere a un columpio para el área de terapia física con adaptación a estimulación temprana, siendo el material principal del columpio tela de alta resistencia. Los usuarios contemplados para el uso del columpio son bebés, niños y niñas.

**22. BLOQUE O RENGLÓN 62**

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE QUE EL PUNTO 2 DEBA SER OPCIONAL, TODA VEZ QUE CADA FABRICANTE CUENTA CON SUS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES Y EL SOLICITAR MEDIDAS, TÉRMINOLOGÍA EN PARTICULAR, LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?

**Respuesta.-** El licitante deberá ofertar las características y especificaciones establecidas en bases o superiores, sin embargo deberá contar con todas las especificaciones y características mínimas comentadas en bases en el anexo 1.

**23. BLOQUE O RENGLÓN 62**


**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE, DEBIDO AL TIPO DE PRODUCTO AL QUE SE REFIERE Y EL TIPO DE USUARIOS QUE UTILIZARÁ EL PRODUCTO, RECOMENDAMOS QUE LA HAMACA SEA DE LONETA, LA CUAL ES LAVABLE Y QUE TENGA INCLINACIÓN GRADUABLE, ¿ES CORRECTO?

**Respuesta.-** El producto mencionado se refiere a un columpio para el área de terapia física con adaptación a estimulación temprana, siendo el material principal del columpio tela de alta resistencia. Los usuarios contemplados para el uso del columpio son bebés, niños y niñas.

**24. BLOQUE O RENGLÓN 69**

**DUDA:**

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, EL EQUIPO DEBE CONTAR CON AL MENOS UN CANAL DE ULTRASONIDO, ¿ES CORRECTO?



Guadalajara

**Respuesta.-** Es correcto, el electro estimulador debe de contar con canal de ultrasonido y equipo de ultrasonido(cabezal).

**25. BLOQUE O RENGLÓN 69**

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, EL EQUIPO DEBE CONTAR CON PANTALLA TÁCTIL A COLOR, ¿ES CORRECTO?

**Respuesta.-** El licitante deberá ofertar las características y especificaciones establecidas en bases o superiores, sin embargo deberá contar con todas las especificaciones y características mínimas comentadas en bases en el anexo 1.

**26. BLOQUE O RENGLÓN 69**

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, EL EQUIPO DEBE CONTAR CON BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE, ¿ES CORRECTO?

**Respuesta.-** El licitante deberá ofertar las características y especificaciones establecidas en bases o superiores, sin embargo deberá contar con todas las especificaciones y características mínimas comentadas en bases en el anexo 1.

**27. BLOQUE O RENGLÓN 70**

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, CUÁL ES LA UNIDAD DE MEDIDA DE LOS MODOS DE TRATAMIENTO

**Respuesta.-** RPM (Revoluciones por minuto).

**28. BLOQUE O RENGLÓN 70**

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SE PODRÁ OFERTAR MAS MODOS DE TRATAMIENTO, LO CUAL ES TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA SOLICITADA, ¿ES CORRECTO?

**Respuesta.-** El licitante deberá ofertar las características y especificaciones establecidas en bases o superiores, sin embargo deberá contar con todas las especificaciones y características mínimas comentadas en bases en el anexo 1.


**29. BLOQUE O RENGLÓN 70**

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE, LAS VELOCIDADES QUE OFERTAMOS TIENEN LAS UNIDADES SOLICITADAS, SIN EMBARGO, CUENTAN CON OTRO NOMBRE O DEFINICIÓN, POR LO CUAL SOLICITAMOS QUE SE DEMUESTRE QUE EL EQUIPO A OFERTAR CUENTA CON LA CAPACIDAD DE PASAR POR ESAS UNIDADES SIN TENER QUE CONTAR CON EL NOMBRE SOLICITADO.

**Respuesta.-** RPM (Revoluciones por minuto).

**30. BLOQUE O RENGLÓN 78**

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE SOPORTE 200 KG, LO CUAL ES SUPERIOR A LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?



Guadalajara

**Respuesta.-** El licitante deberá ofertar el mismo de características o superiores a lo establecido, sin embargo deberá contar con todas las especificaciones y características mínimas comentadas en base en el anexo 1.

### 31. BLOQUE O RENGLÓN 78

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, EL COLOR DE LOS BIENES SERÁ INDIFERENTE Y NO SERÁ MOTIVO DE ANÁLISIS O DESECHAMIENTO, ¿ES CORRECTO?

**Respuesta.-** Se aceptaran los colores mencionados en las bases del anexo 1, por lo tanto deberá considerar las opciones de colores establecidas en las propias bases.

### 32. BLOQUE O RENGLÓN 79

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, LAS MEDIDAS SOLICITADAS, ¿CUÁL ES LA ALTURA, LA PROFUNDIDAD Y EL LARGO?

**Respuesta.-** Mesa De Tratamiento /Cama Terapéutica • Medidas Largo 185 X Ancho 65 X Alto 80 Cm • Colchon de 10 Cm

### 33. BLOQUE O RENGLÓN 79

**DUDA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA MESA CON ALTURA DE 51 CM, LO CUAL ES UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR PARA LA FUNCIÓN DEL BIEN SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?

**Respuesta.-** La medida deberá ser mínimo 80 cm para el criterio de la altura de la camilla.


**Asimismo, se aclara lo siguiente, lo que se deberá considerar al momento de presentar la propuesta técnica y económica:**

1. Se aclara a los interesados en participar que conforme a lo establecido en Bases en su punto 8 de las Bases, el BLOQUE "M" sólo será adjudicado a un solo "PROVEEDOR" por lo que deberá considerar todos los bienes y servicios solicitados en el referido Bloque.
2. Que por un error involuntario en el BLOQUE "R" partida 2 dice: "Acumulador semiajustable", debiendo ser: "ARTICULADOR SEMIAJUSTABLE", lo que deberá considerar al momento de presentar su propuesta tanto en el anexo técnico como económico.

La presenta acta forma parte integral de las Bases que rigen la presente Licitación, por lo que los acuerdos tomados en la misma tendrán el carácter de definitivos.

Por lo que de conformidad a lo previsto en los artículos 59, fracción III, 62 numeral 4 y 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 33 numeral 2 fracción VI, 40 numeral 2 fracción VIII, 44 numeral 1 fracción V, y el 45 del Reglamento Interno de Adquisiciones y Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Bienes o Servicios para el Organismo Público

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPNCC-02/2024 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA" PLAZO NORMAL.



**Guadalajara**

Descentralizado de la Administración Pública Municipal, denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara, siendo las 14:45 catorce horas con cuarenta y cinco minutos del presente día, se da por concluida el Acta de Junta Aclaratoria, suscribiéndola los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. -----



**LIC. LUISA ELENA FABIOLA RODRÍGUEZ GÓMEZ.**

DIRECTORA DEL ÁREA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES  
DEL OPD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO,  
SISTEMA DIF GUADALAJARA.

**C. ARLETTE CHAPOY GÓMEZ**

TITULAR DEL ÁREA DE PROCURACIÓN DE FONDOS  
DEL OPD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO,  
SISTEMA DIF GUADALAJARA.



**LIC. BENIGNA CITLALI LÓPEZ GUZMÁN**

COORDINADORA DE PROGRAMAS  
DEL OPD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO,  
SISTEMA DIF GUADALAJARA.




**MTRO. EDUARDO SOLORIO ALCALÁ**

COORDINADOR DE INCLUSIÓN  
DEL OPD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO,  
SISTEMA DIF GUADALAJARA.




ACTA DE JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ  
LPNCC-02/2024 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE  
GUADALAJARA" PLAZO NORMAL.

  
**MTRO. LEÓN DELGADILLO ROSAS**  
COORDINADOR DE OPERACIÓN  
DEL OPD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO,  
SISTEMA DIF GUADALAJARA.

  
**MTRA. TANIA ELIZABETH SÁNCHEZ GARCÍA**  
DIRECTORA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS  
DEL OPD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO,  
SISTEMA DIF GUADALAJARA.

  
**ING. ROGELIO ALONSO GARCÍA LOERA**  
DIRECTOR DEL ÁREA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  
DEL OPD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO,  
SISTEMA DIF GUADALAJARA.

  
**LIC. JOSÉ ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS**  
DIRECTOR DEL ÁREA JURÍDICA  
DEL OPD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO,  
SISTEMA DIF GUADALAJARA.

**LIC. MARÍA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ LÓPEZ**  
JEFE DE DEPARTAMENTO COMPLEJO SAUZ  
DEL OPD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO,  
SISTEMA DIF GUADALAJARA.